

Upphandlade diabeteshjälpmiddel (teststickor och mätare)

	Plasmaglukos	Blodketoner	Plasmaglukos	Blodketoner	Plasmaglukos	Blodketoner	Plasmaglukos	Blodketoner	Plasmaglukos	Blodketoner
Teststicka	Glucomen Areo glukos-teststickor varu nr 46189, förpackning 2 x 25st		CONTOUR*NEXT teststicka artnr 84030881- förpackade 50 st per ask		Wellion GALILEO GLU teststickor, artikel nr Well10-10: 10st, Well 10-15: 50st	Wellion Galileo teststickor för mätning av blodketoner, artikel Well10-10 Ket	Accu-Check Instant testremсор 50st artikel nr: 9221786041		TD-4370 50 teststickor i en box	TD-4633 10 signelförpackade teststickor eller 50 teststickor i en box
Mätare	Artikel nr 46212 GlukoMen Areo, Artikel nr 48099 GlukoMen Areo 2K		CONTOUR*NEXT, CONTOUR*NEXT LINK 2.4,		Wellion Galileo compact, Wellion Galileo Glu/Ket	Wellion Galileo Glu/Ket,	Accu-Check Instant Blodsockermätare: 9221786041			TD-4289
Företag	A. Menarini Diagnostics S.r.l., Italien Filial (Sverige)		Ascensia Diabetes Care Sweden AB		MED TRUST Sweden AB		Roche Diagnostics Scandinavia AB		ZAFENA AB	
Kundservice	040-321270 info@menarinidiagnostics.se		08- 502 450 46 Orders.sweden@ascensia.com		040-157775 info@medtrust.se		070-184 9714 alt 020-410042 info@accu-check.se se.accucheke@roche.com		0737-75 81 89 alt 0141-40508 anders@zafena.se alt order@zafena.se	
Varunummer på apotek	734960	736861	732781		Well10-10: 737601 Well10-15: 737600	Well10-10Ket: 737700	738420		730634	730635
Pris per sticka (exkl. apotekens pålägg och ev. moms)	1,48 kr	17,50 kr	1,68 kr	Ej lämnat på denna grupp	1,52 kr	9,40 kr	1,29 kr	Ej lämnat på denna grupp	2,16 kr	16,50 kr
Minnen i mätaren	730	100	CONTOUR*NEXT lagrar de 800 senaste mätningarna CONTOUR*NEXT LINK 2.4 lagrar de 1000 senaste mätningarna CONTOUR*NEXT ONE lagrar de senaste 800 mätningarna med datum och tid i mätaren 1000 mätningar eller 100 dagar		Wellion Galileo kompakt blodglukosmätare: 300 resultat i minnet Wellion Galileo glu/ket BTE: 500 resultat i minnet för glukos	Wellion Galileo glu/ket BTE: 100 resultat i minnet för keton	Minst 720 resultat i minnet		1000 resultat	
Blodvolym	0,5 µL	0,8 µL	0,6 µL kapillärblod. Kan även använda venöst blod. Mätningen startar inte om blodmängden är otillräcklig.		0,5 µL	0,8 µL	0,6 µL		0,5 µL	0,8 µL
Mätområde	1,1-33,3 mmol/L	0,1-8,0 mmol/L	0,6-33,3 mmol/L		1,1 - 33,3 mmol/L	0,1-8,0 mmol/L	0,6-33,33 mmol/L		0,56-44,4 mmol/L	0,1-8,0 mmol/L
Hållbarhet efter öppnande	12 mån efter öppnande	Stickorna är individuellt folieförpackade. Hållbarhet är 24 mån efter produktion	24 mån efter öppnande		12 mån efter öppnande	12 mån efter öppnande	21 månaders hållbarhet. Sista förbrukningsdag är det datum som står på burken		Till utgångsdatum på boxen	Singelfp.= när påsen har öppnats Box med 50 teststickor= 6 månader
Efterfylld möjlig	Nej	Nej	Via Second-Chance™-efterfyllnad, med nedräkning på displayen, kan mer blod tillsättas på samma teststicka inom 60 sekunder		Nej	Nej	Nej		Nej	Nej